

FICHA TÉCNICA

SPRAY REFRIGERANTE PROCLINIC MARCA: PROCLINIC		
REFERENCIAS	01923: Spray Refrigerante Naranja. 01924: Spray Refrigerante Menta.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	PRISMAN GmbH. Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Tel: +49 6251 866980-0	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase I, conforme el Reglamento 2017/745/UE.	
DESCRIPCIÓN	Disponible en dos fragancias agradables como la naranja y la menta, se aplica con precisión gracias a su aplicador especial que además permite ahorrar spray en cada aplicación. Enfría hasta - 35 ° C. Longitud de cánula: 4cm.	
ESPECIFICACIONES	01923: Fragancia Naranja. 01924: Fragancia Menta.	
COMPOSICIÓN	Butano, propano, etanol.	
PRESENTACIÓN	Botella de 200 mL.	
VIDA ÚTIL	3 años.	
FINALIDAD	Spray refrigerante para test de vitalidad pulpar y enfriamiento de pellets, losetas de vidrio, etc.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No fumar cerca. No perforar ni quemar, aun después del uso. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a los 50 °C.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar en un lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Conservar en un lugar fresco y seco en recipientes bien cerrados. Proteger del calor y de la luz solar directa. Almacenar en posición vertical.	