Información sobre el producto
ID 213 desinfección de instrumentos

ID 213 - breve descripción

- Concentrado para la limpieza y desinfección del instrumental general y quirúrgico, así como del instrumental rotatorio sensible a los álcalis y al alcohol en la consulta, el laboratorio y la clínica.
- Amplio espectro de acción: bactericida, tuberculocida, fungicida y virucida.
- Comprobado según los métodos de la VAH y las normas europeas actuales.
- Lista VAH.
- Virucida según la norma EN 14476.
- ID 213 es económico ya que solo es necesaria una concentración del 2 % según la VAH.
- Muy buena compatibilidad con los materiales gracias a sus inhibidores especiales de corrosión.
- Especialmente adecuado para la aplicación en aparatos de ultrasonidos, como p. ej. Hygosonic de Dürr Dental.
- Libre de aldehídos - su actividad se basa en alquilaminas y compuestos de amonio cuaternario.

Propiedades

ID 213 del sistema Dürr Higiene es un concentrado libre de aldehídos altamente eficaz, destinado a la limpieza y desinfección del instrumental general y quirúrgico (por ejemplo espejos, sondas, pinzas, fórceps, etc.) en la consulta, el laboratorio y la clínica. Otro campo de aplicación es la limpieza y desinfección de instrumental rotatorio sensible a los álcalis y al alcohol, como por ejemplo, instrumental endodóntico de Ni-Ti, instrumental para conductos radiculares con mago codificado por color, fresas soldadas de carburo, abrasivos de corindón, pulidores de goma, etc. ID 213 destaca por su muy buena compatibilidad con los materiales - contiene inhibidores de corrosión especiales.

Composición del producto

ID 213 se basa en una combinación de alquilaminas y compuestos de amonio cuaternario, tensioactivos no iónicos, agentes complejantes, cumarina, citronelol y adyuvantes en solución acuosa. 100 g de ID 213 contienen: 15 g de 3-aminopropildodecil-1,3-propanodiamina, 12,5 g de cloruro de alquilbencildimetilamonio.

Eficacia microbiológica

ID 213 posee acción bactericida[1)], tuberculocida[1)], fungicida[1)], virucida (virus encapsulados, incl. VHB, VHC, VIH[2), 3)], así como virus no encapsulados como adenovirus[4)], poliomavirus SV 40[2),] norovirus[4)] y poliovirus[4)]). Lista VAH. Comprobado según EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562 y EN 14563.

Aplicación

La concentración de ID 213 para la limpieza del instrumental contaminado utilizando un baño para el instrumental (p. ej., Hygobox de Dürr Dental) debe ser del 2 % con un tiempo de actuación de 5 minutos. En aparatos de ultrasonidos (p. ej. Hygosonic de Dürr Dental), recomendamos una concentración del 2 %, con un tiempo de actuación de 2 minutos. Después de la limpieza, enguaje abundantemente los instrumentos bajo el chorro de agua corriente y, si fuera necesario, complete después manualmente la limpieza. A continuación desinfecte los instrumentos limpios con ID 213 en su segundo baño de instrumental. La concentración de uso de ID 213 es según la VAH incl. bacterias de Tb del 2 % con un tiempo de actuación de 60 minutos, en aparatos de ultrasonidos (como Hygosonic de Dürr Dental) del 2 % y durante 2 minutos, y para las bacterias de la tuberculosis del 2 % y 30 minutos. Para más indicaciones de aplicación, consulte la tabla. Cuando haya transcurrido el tiempo de actuación, enjuague el instrumental desinfectado abundantemente bajo un chorro de agua corriente como mínimo de calidad potable (preferiblemente con agua desmineralizada) durante al menos 15 segundos y

Las recomendaciones para nuestros productos se basan en exhaustivos estudios científicos internos y externos y se proporcionan según nuestro leal saber y entender. Nuestra responsabilidad al respecto se deriva de nuestras „Condiciones generales de venta y suministro", que puede solicitarnos en todo momento.

DÜRR DENTAL

Información sobre el producto ID 213 desinfección de instrumentos

séquelo. Para el acondicionamiento ulterior y, si fuera necesaria, la esterilización, se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante y las normativas nacionales.

Impacto ambiental

Todos los componentes orgánicos de ID 213 son biodegradables a las diluciones presentes en las aguas residuales. El embalaje, de polietileno y polipropileno, se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. Para el reciclaje, enjuague la botella con agua. La ficha de datos de seguridad contiene las instrucciones de eliminación del concentrado.

Datos físicos

Concentrado:

Aspecto: líquido transparente, azul, ligeramente viscoso

Densidad: D = 1,00 ± 0,02 g/cm³ (20 °C)

pH: 12,0 ± 0,5

Solución de trabajo (2 %):

Aspecto: solución transparente, de color azul pálido

pH: 10,2 ± 0,5

Vida útil

Concentrado: 4 años

Solución de trabajo: solución sin utilizar 28 días; cambiar diariamente las soluciones de limpieza utilizadas, las soluciones desinfectantes se utilizan, según la suciedad, durante 14 días como máximo. Si existe suciedad visible, se deberá cambiar sin demora la solución del desinfectante.

Presentación

Botella de 2,5 l

Almacenamiento

Almacenar el producto entre 5 °C y como máximo temperatura ambiente.

Accesorios

Hygobox, Hygosonic.

Notas generales

No mezclar ID 213 con desinfectantes que contengan aldehídos. Limpiar bien el baño de desinfección antes de la primera utilización de ID 213. El instrumental general, quirúrgico y giratorio sumergido puede permanecer hasta 12 horas en la solución de trabajo de ID 213. Tenga en cuenta las indicaciones relativas a la compatibilidad con el material, el cuidado y el acondicionamiento del fabricante de los instrumentos. Para la limpieza de los instrumentos contaminados también recomendamos el limpiador enzimático de instrumentos ID 215. Se pueden producir cambios en el color y olor del producto, especialmente cuando se almacena expuesto a la luz solar. No obstante, estos cambios de color y olor no influyen sobre la capacidad desinfectante del producto.

Aplicación	Concentración	Tiempo
Desinfección de instrumental (según la VAH)[1)]	2 %	5 min.
Bacterias[1)] y hongos[1)]	2 %	5 min.
Bacterias[1)] y hongos[1)] en aparato de ultrasonidos	2 %	2 min.
Bacterias de Tb (según VAH)[1)]	2 %	60 min.
Bacterias de Tb (en aparato de ultrasonidos)[1)]	2 %	30 min.
Virus de variolovacuna, incl VHB, VHC, VIH[2), 3)]	2 %	1 min.
Adenovirus[4)]	2 %	60 min.
Poliomavirus SV 40[2)]	2 %	15 min.
Norovirus[4)]	2 %	30 min.
Poliovirus[4)]	8 %	4 horas

1) Ensayo con carga elevada (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14561, EN 14562 y EN 14563).
2) Ensayo sin y con carga según las directrices DVV/RKI.
3) Según recomendación del instituto Robert Koch (informe del organismo alemán para la sanidad federal Bundesgesundheitsbl. 60, 353 - 363, 2017).
4) Ensayo con carga elevada (EN 14476).

Advertencias de seguridad

ID 213 está clasificado y etiquetado según el reglamento CLP: ver etiquetado y ficha de datos de seguridad del producto.

Dictámenes periciales independientes – estudios propios

Los dictámenes periciales están disponibles a petición.

CE 0124

Distribuido por
Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricante
orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de

Versión 2018-11

DÜRR DENTAL