

**Linea Commerciale  
Trading Line****Vision Shade****Codice Articolo – Ref.:**  
**Code****VV3035****Descrizione**

Dima di foratura

**Product Description***punching template***Materiale di produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

**Manufacture***Instrument made of stainless steel***Note tecniche**Dispositivo Medico Classe I  
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)**Technical notes***Medical Device Class I  
European Regulation 2017/745 (MDR)***Sterilizzazione  
& Durata**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.  
Sterilizzabile per 3000 cicli  
(Temperatura Max consigliata 180 °C)  
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“**Sterilization  
& Duration***Product to be used after sterilization.  
For more informations see „Reprocessing Tools“  
Autoclavable for 3000 cycles  
(Recommended Max temperature 180°C)***Confezionamento**

***Packages***

Singolo pezzo

*Single piece***Stoccaggio**Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,  
lontano da fonti di calore***Storage****Keep the product in a dry and clean place,  
away from heat sources***Prodotto da**Asa Dental S.p.A.  
Via Valenzana di sopra, 60  
55054 Bozzano (Lu)***Produced by***