

**Codice Articolo – Ref.:****0410-15***Code***Descrizione**

Porta aghi Crile-Wood

**Product Description***Crile-Wood needle holders***Materiale di  
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

**Manufacture***Instrument made of stainless steel***Note tecniche**Dispositivo Medico Classe I  
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)**Technical notes***Medical Device Class I  
European Regulation 2017/745 (MDR)***Sterilizzazione  
& Durata**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.  
Sterilizzabile per 2000 cicli  
(Temperatura Max consigliata 180 °C)  
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“**Sterilization  
& Duration***Product to be used after sterilization.  
For more informations see „Reprocessing Tools“  
Autoclavable for 2000 cycles  
(Recommended Max temperature 180°C)***Confezionamento**

Singolo pezzo

**Packages***Single piece*

**Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

***Storage***

*Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources*

**Prodotto da*****Produced by***

Asa Dental S.p.A.  
Via Valenzana di sopra, 60  
55054 Bozzano (Lu)