

**Codice Articolo – Ref.****S1700****Code****Descrizione**

Escavatori – Set da 5 pezzi

**Product Description***Excavators – Set of 5***Contenuto**

1700-0 , 1700-1 , 1700-2 , 1700-3 , 1700-4

**Contents****Materiale di produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

**Manufacture***Instrument made of stainless steel***Note tecniche**Dispositivo Medico Classe I  
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)**Technical notes***Medical Device Class I  
European Regulation 2017/745 (MDR)***Sterilizzazione  
& Durata**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.  
Sterilizzabile per 3000 cicli  
(Temperatura Max consigliata 180 °C)  
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“**Sterilization  
& Duration***Product to be used after sterilization.  
For more informations see „Reprocessing Tools“  
Autoclavable for 3000 cycles  
(Recommended Max temperature 180°C)*

**Confezionamento*****Packages***

Set

**Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,  
lontano da fonti di calore

***Storage***

*Keep the product in a dry and clean place,  
away from heat sources*

**Prodotto da*****Produced by***

Asa Dental S.p.A.  
Via Valenzana di sopra, 60  
55054 Bozzano (Lu)