

**Codice Articolo –  
Ref.:  
Code**

**2801-L1 ; 2801-L2 ; 2801-L3 ;  
2801-L4 ; 2801-L5 ; 2801-L6**

Portaimpronte forati  
senza bordino ritentivo (Inferiore)

**Descrizione**

**Product Description**

Cod.		A (mm)	B (mm)
<b>2801-L1</b>	XXS	55	47
<b>2801-L2</b>	XS	60	49
<b>2801-L3</b>	S	72	54
<b>2801-L4</b>	M	74	57
<b>2801-L5</b>	L	76	59
<b>2801-L6</b>	XL	78	61

*Perforated impression trays  
without retention rim (Lower)*

**Materiale di  
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

**Manufacture**

*Instrument made of stainless steel*

**Note tecniche**

Dispositivo Medico Classe I  
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

**Technical notes**

*Medical Device Class I  
European Regulation 2017/745 (MDR)*

**Sterilizzazione  
& Durata**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.  
Sterilizzabile per 2000 cicli  
(Temperatura Max consigliata 140 °C)  
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization  
& Duration**

*Product to be used after sterilization.  
For more informations see „Reprocessing Tools“  
Autoclavable for 2000 cycles  
(Recommended Max temperature 140°C)*

**Confezionamento**

Singolo pezzo

*Packages**Single piece***Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

*Storage**Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources***Prodotto da**Asa Dental S.p.A.  
Via Valenzana di sopra, 60  
55054 Bozzano (Lu)***Produced by***

**Codice Articolo –  
Ref.:  
Code**

**2801-U1 ; 2801-U2 ; 2801-U3 ;  
2801-U4 ; 2801-U5 ; 2801-U6**

Portaimpronte forati  
senza bordino ritentivo (Superiore)

**Descrizione**

**Product Description**

Cod.		A (mm)	B (mm)
<b>2801-U1</b>	XXS	61	47
<b>2801-U2</b>	XS	64	51
<b>2801-U3</b>	S	66	53
<b>2801-U4</b>	M	69	57
<b>2801-U5</b>	L	71	60
<b>2801-U6</b>	XL	73	62

*Perforated impression trays  
without retention rim (Upper)*

**Materiale di  
produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

**Manufacture**

*Instrument made of stainless steel*

**Note tecniche**

Dispositivo Medico Classe I  
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

**Technical notes**

*Medical Device Class I  
European Regulation 2017/745 (MDR)*

**Sterilizzazione  
& Durata**

Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.  
Sterilizzabile per 2000 cicli  
(Temperatura Max consigliata 140 °C)  
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“

**Sterilization  
& Duration**

*Product to be used after sterilization.  
For more informations see „Reprocessing Tools“  
Autoclavable for 2000 cycles  
(Recommended Max temperature 140°C)*

**Confezionamento**

Singolo pezzo

*Packages**Single piece***Stoccaggio**

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore

*Storage**Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources***Prodotto da**Asa Dental S.p.A.  
Via Valenzana di sopra, 60  
55054 Bozzano (Lu)***Produced by***