

**FICHA TÉCNICA**

<b>BOTADOR RECTO PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	59912 medio 59913 muy fino 59936 ancho 59937 fino	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Botador de acero inoxidable.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Acero inoxidable adecuado para instrumentos ortopédicos, quirúrgicos y dentales, según definido en la normativa UNI EN ISO 7153-1 " <i>Instrumentos quirúrgicos – Metales/Acero inoxidable</i> ". Contiene $\leq 1\%$ de Níquel.	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Reutilizable. Posee un diseño y características ergonómicas para un trabajo continuado.	
<b>ENVASE</b>	Envasado en una bolsa de polietileno de alta densidad con ambos extremos sellados.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Botador para uso por profesionales dentales utilizado para separar los ligamentos periodontales de la pared del diente y así facilitar su extracción y provocar un mínimo trauma.	
<b>VIDA ÚTIL</b>	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
<b>LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN</b>	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Esterilizar en autoclave o con calor seco.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	