


FICHA TÉCNICA

FRESA TUNGSTENO REDONDA C.A. H1SE.204.018		
REFERENCIAS	7028	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Komet Dental Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG. Postfach 160 – 32631 Lemgo Teléfono: +49 0 5261 701-0 export@kometdental.de www.kometdental.de	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Instrumento combinado mínimamente invasivo, para la preparación conservadora de tejido óseo y sustancia dental dura.	
EMBALAJE	5 unidades por caja.	
CADUCIDAD	Ver embalaje.	
FINALIDAD	Cortador de hueso mínimamente invasivo: - Exposición y corte de cordales impactados. - Preparación en hueso y fenestración. - Apicectomías.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	
MSDS	No Aplica	
COMPOSICIÓN	Tungsteno	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	

- Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.