

FICHA TÉCNICA

DESINFECCIÓN INSTRUMENTOS		
REFERENCIAS	60153: (1L). 60154: (5L).	
FABRICANTE	PRISMAN GmbH Otto-Hahn-Ring 6-18 D-64653 Lorsch Phone: +49 (0)6251-866 980-0	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIb, Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	- Debe ser diluido con agua antes de su uso. - Anticorrosivo. - Excelente compatibilidad de los materiales. - Se puede utilizar en baños de ultrasonidos. - Amplio espectro de actividad, excelentes propiedades de limpieza.	
COMPOSICIÓN	15-30% de tensioactivos no iónicos, <5% de tensioactivos catiónicos, <5% de sales EDTA, fragancia. 100g contienen 4,4g Cloruro de didecildimetilamonio, 2,75g N-(3-Aminopropil)-N-dodecil-propan-1,3-diamina.	
ENVASE	60153: Bidón (1L). 60154: Bidón (5L).	
FINALIDAD PREVISTA	Para la limpieza y desinfección de instrumentos rotatorios y quirúrgicos de todo tipo.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver en las instrucciones del producto. Eficacia microbiológica: Bactericida, levuricida (Candida albicans); tuberculosis (M.terrae), “virus restringidos” (eficaz contra virus envueltos en membrana, a saber, HBV, HIV, HCV). Eficacia: Bacterias conforme a las VAH/DGHM y EN 13727, EN 14561 (alta carga biológica): 3% 15 min. 2% 30 min. 1% 60 min. Levuricida (Candida albicans) conforme a las VAH/DGHM y EN 13624, EN 14562 (alta carga biológica): 3% 15 min. 2% 30 min. 1% 60 min. Inactivación de TbB (tuberculosis) conforme a las VAH/DGHM:	

FICHA TÉCNICA

	3% 60 min. Virus envueltos en membrana (a saber, HBV, HIV, HCV) conforme a las DVV/RKI (BVDV y virus vaccinia conforme a EN 14476, con alta carga biológica): 3% 15 min. 1% 60 min. Baño ultrasónico (bacterias y Candida albicans conforme a VAH/DGHM) (alta carga biológica): 3% 5 min.
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	H314 - Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Evítese respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Llevar guantes y gafas.
ADVERTENCIAS SOBRE LA APLICACIÓN	El desinfectante para instrumentos es un concentrado desinfectante que debe ser diluido con agua antes de su uso. Si los instrumentos están muy sucios, será necesario limpiarlos previamente. Los instrumentos deben estar completamente humedecidos con la solución. Una vez desinfectados, enjuagar a fondo los instrumentos y secarlos. No mezclar con otros productos de limpieza o desinfectantes. Renovar la solución con regularidad dependiendo del grado de suciedad (preferiblemente todos los días). El concentrado para desinfectar instrumentos también se puede utilizar en un baño ultrasónico en las concentraciones indicadas.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.

TECHNICAL DATA SHEET

INSTRUMENT DISINFECTION BESTDENT		
REFERENCES	60153: (1L). 60154: (5L).	
MANUFACTURER	PRISMAN GmbH Otto-Hahn-Ring 6-18 D-64653 Lorsch Phone: +49 (0)6251-866 980-0	
CLASSIFICATION	Class IIb Medical Device, Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	- Must be diluted with water before use. - Anticorrosive. - Excellent material compatibility. - Can be used in ultrasonic baths. - Broad spectrum of activity, excellent cleaning properties.	
COMPOSITION	15-30% nonionic surfactants, <5% cationic surfactants, <5% EDTA salts, fragrance. 100g contains 4.4g Didecyldimethylammonium chloride, 2.75g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamine.	
PACKAGE	60153: Can (1L). 60154: Can (5L).	
INTENDED USE	For cleaning and disinfection of rotary and surgical instruments of all types.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See product instructions. Microbiological Effectiveness: Bactericidal, levurocidal (Candida albicans), tuberkulocidal, “restricted viruses” (effective against membrane covered viruses, i.e. HBV, HIV, HCV). Effectivity: Bacteria in accordance to VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561 (high bio load): 3% 15 min. 2% 30 min. 1% 60 min. Levurocidal in accordance to VAH/DGHM and EN 13624, EN 14562 (high bio load): 3% 15 min. 2% 30 min. 1% 60 min.	

TECHNICAL DATA SHEET

	TbB (Tuberkulosis-Inactivation in accordance to VAH/DGHM: 3% 60 min. Enveloped viruses (i.e. HBV, HIV, HCV) in accordance to DVV/RKI (BVDV and Vacciniavirus EN14476 high bio load): 3% 15 min. 1% 60 min. Ultrasonic bath (Bacteria and Candida albicans in accordance to VAH/DGHM (high bio load): 3% 5 min.
SAFETY WARNINGS	H314 - Causes severe skin burns and eye damage. Avoid breathing dust/fume/fume/gas/mist/mist/vapours/spray. Wear gloves and goggles.
INDICATIONS FOR USE	Solution is in a concentrate form which has to be diluted with water. Heavily contaminated instruments should first be cleaned before submerging into the disinfectant. After disinfection, instruments are to be thoroughly rinsed with water and dried. Do not mix with other types of disinfectant or cleansers. Depending on the level of contermination regularly exchange the solution (best every day). The instrument disinfectant solution can be used at the concentrations indicated also in the ultrasonic bath.
STORAGE AND TRANSPORT	Store in a cool and dry place. Keep away from direct sunlight and heat sources. Protect from humidity.