

# C-Silicone for Laboratory Use



## DE GEBRAUCHSINFORMATION

### HOCHPRÄZISE KONDENSATIONSSILIKONE (POLYSILOXANE) FÜR ZAHNTECHNIKERLABORS

Proclinic C-Silicone – Polysiloxan zu mischen mit Gel- oder Flüssigkatalysator, mit guter Endhärte (> 80 Shore A), hoher Stabilität und Detailreproduktionsfähigkeit sowie Verformungsfestigkeit.

#### ANWENDUNGSGEBIETE

- Masken zur Ausführung von provisorischen Prothesen, Einfügung oder Ersetzen von Teilen auf Totalprothesen oder losen Brücken.
- Abnehmbare Zahnfleischmasken.
- Positiv-Teilform im Muffel für Teil- oder Totalprothesen.
- Befestigung bei der Reparatur von Prothesen.
- Okklusaleinstellschlüssel zur Anordnung im Artikulator.
- Duplikatanfertigung von Totalprothesen und Gipsmodellen, ohne Verwendung von Isolierern.
- Träger für die Verarbeitung von foto-polymerisierbaren Verbundharzen.

#### GEBRAUCHSANWEISUNG

##### Dosierung:

Mittels des Messlöffels die erforderliche Menge Proclinic C-Silicone entnehmen und auf die Handfläche geben (Anm.: gestrichener Messlöffel). Den Messlöffel auf der Masse so viele Male andrücken, wie die Zahl der Messlöffel ist. Für jeden Messlöffel Material zwei Streifen Katalysator Proclinic Catalyst Gel mit dem Messlöffel entsprechenden Länge herausdrücken, ungefähr 4 cm (Abb. 1).

##### Mischung / Verwendung:

Die Masse übereinander legen und kräftig mit den Fingerspitzen ca. 30 Sek. lang durchkneten, bis eine einheitliche Farbe ohne Streifen erzielt wird (Abb. 2). Anschließend die Masse je nach Anforderung modellieren. Bei Raumtemperatur beträgt die Verarbeitungszeit einschließlich Mischung bei Verwendung des Gelkatalysators ca. 2 Min., mit Flüssigkatalysator verkürzt sich die Zeit um ca. 30 Sek. (Abb. 3). Das Erhärten erfolgt nach ungefähr 6 Minuten (Abb. 4).

#### HINWEISE / VORSICHTSMASSNAHMEN

Die angegebenen Zeiten verstehen sich ab Mischbeginn, bei einer Temperatur von 23 °C (73°F). Hohe Temperaturen oder Katalysator-Überdosierungen beschleunigen das Erhärten. Geringe Temperaturen oder geringe Katalysator-Dosierungen erhöhen die Härtezeit. Die Härter nach Gebrauch sorgfältig verschließen. Ein Beschmutzen der Kleidung vermeiden. Empfohlen wird das Tragen von Handschuhen. Den Katalysator nicht an Haut oder Augen gelangen lassen, bei unbeabsichtigtem Hautkontakt die betroffene Stelle sorgfältig mit Wasser und Seife reinigen. Bei Berührung mit den Augen sorgfältig unter fließendem Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Bei Einnahme umgehend einen Arzt verständigen.

#### LAGERUNG

Garantierte Haltbarkeit 36 Monate, bei sachgemäßer Lagerung zwischen 5 und 27 °C (41 - 80 °F).

TECHNISCHE DATEN	Proclinic Catalyst Gel
Mischzeit	30"
Verarbeitungszeit*	2'
Härtezeit*	6'
Härte Shore A	80
Druckverformung	<1%
Elastizitätsausgleich	99,0%
Detailreproduktion	20 µm
Maßstabilität	-0,10%

\*Die Zeiten verstehen ab Mischbeginn bei 23°C (73°F).

**WICHTIGE ANMERKUNGEN:** Die mündliche, schriftliche oder durch Vorführung erteilte Beratung hinsichtlich der Verwendung unserer Produkte basiert auf dem gegenwärtigen Stand der Zahntechnik sowie auf unserem Wissensstand. Sie ist als nicht bindende Information zu betrachten, dies auch hinsichtlich möglicher Rechte von Dritten, und enthebt den Benutzer in keiner Weise von der Verpflichtung, die Eignung des Produktes für die vorgesehene Anwendung persönlich zu überprüfen. Gebrauch und Anwendung durch den Benutzer erfolgen ohne die Möglichkeit einer Kontrolle seitens der Herstellerfirma und liegen somit in der Verantwortung des Benutzers. Eine mögliche Schadenshaftung ist auf den Wert der von der Firma gelieferten und vom Benutzer verwendeten Ware begrenzt.

#### NUR FÜR ZAHNÄRZTLICHE ANWENDUNG

## EN INSTRUCTIONS FOR USE

### HIGH PRECISION CONDENSATION SILICONES (POLYSILOXANES) FOR THE DENTAL LAB

Proclinic C-Silicone – Polysiloxane which may be mixed with gel or liquid catalyst, characterised by good final hardness (> 80 Shore A), high stability and capacity for reproduction of details and resistance to deformation

#### USE

- Masks for the manufacture of temporary prosthetics; addition or replacement of elements in total or skeletally anchored prosthetics.
- Removable gingival masks
- Partial counter-moulding in the muffle for partial or total prosthetics.
- Anchorage in prosthetics repair.
- Occlusal adjustment key for positioning in the articulator.
- Duplication of total prostheses and plaster models without use of insulation.
- Bases for working with photo-polymerising compound resins.

#### INSTRUCTIONS FOR USE

##### Dosage:

Use the measuring spoon to take the required quantity of Proclinic C-Silicone and spread it on the palm of your hand (note: the measuring spoon must be level). Press the edge of the measuring spoon onto the mass once for each spoonful used. For every spoonful used, apply two strips of Proclinic Catalyst Gel catalyst as long as the measuring spoon, which is 4 cm (Fig. 1).

##### Mixing / use:

Fold the mass over on itself and knead it energetically with your fingertips for about 30 sec. until colour is even, without stripes. (Fig. 2). Now begin to model the mass as required. You have about 2 minutes to work with the mass, including mixing time, at room temperature if gel catalyst is used. Hardening takes about 6 min. (Fig. 4).

#### WARNINGS / PRECAUTIONS

The times given are calculated from the start of mixing at 23°C (73°F). High temperatures or excessive use of catalyst will speed up hardening. Low temperatures or insufficient catalyst will slow it down. Close indurates properly after use. Do not stain clothing. Use of gloves is recommended. Avoid contact of catalyst with skin and eyes. In the event of accidental contact with the skin, wash well with soap and water. In the event of contact with the eyes, rinse well with water and seek medical attention. If ingested, seek medical attention immediately.

#### STORAGE

guaranteed for 36 months if stored correctly at temperatures between 5° and 27°C (41° - 80°F).

TECHNICAL DATA	Proclinic Catalyst Gel
Mixing time*	30"
Working time*	2'
Setting time*	6'
Shore A hardness	80
Compressive deformation	<1%
Elastic recovery	99,0%
Details reproduction	20 µm
Linear dimensional variation	-0,10%

\*The times given are calculated from the start of mixing at 23°C (73°F).

**IMPORTANT NOTES:** Advice given verbally, in writing or in demonstrations of the use of our products is based on the current state of dental technique and on our know-how. It is to be considered informative and non-binding, even in relation to the rights of third parties, and does not exempt the user from personally ensuring that the product is suitable for the

intended application. Use and application by the user is beyond the manufacturer's control and is therefore the user's responsibility. Any liability for damage shall be limited to the value of the goods supplied by the manufacturer and used by the user.

#### FOR DENTAL USE ONLY

## ES INSTRUCCIONES DE USO

### SILICONA PARA CONDENSACIÓN (POLISILOXANOS) DE ALTÍSIMA PRECISIÓN PARA EL LABORATORIO DENTAL

Proclinic C-Silicone – Polysiloxano mezclable con catalizador en gel, se caracteriza por buena dureza final (> 80 Shore A), elevada estabilidad, capacidad de reproducción de los detalles y resistencia a las deformaciones.

#### CAMPOS DE UTILIZACIÓN

- Llaves para prótesis fija y removible.
- Llaves para resina en prótesis combinada y esquelética.
- Para la confección de modelos con máscaras gingivales removibles.
- Como aislante de los dientes en la técnica de enmuflado para prótesis totales o parciales.
- Para el bloqueo durante la reparación de prótesis.
- Llaves para registro oclusal en articulador.
- Para el duplicado de modelos sin necesidad de aislar del modelo de yeso.

#### INSTRUCCIONES DE USO

##### Dosis:

Retirar con el medidor la cantidad necesaria de silicona y extenderla en la palma de la mano (nota: el medidor debe estar a ras). Por cada medidor, extender dos líneas de catalizador en gel de 4 cm cada una. (Fig. 1).

##### Mezcla / utilización:

Replegar la masa sobre sí misma y empastar energéticamente con la punta de los dedos durante 30 segundos hasta lograr una tonalidad de color homogéneo y sin estrías. (Fig. 2). A partir de este momento, la silicona está lista para ser utilizada en cualquiera de sus aplicaciones. El tiempo de elaboración, incluida la mezcla, a temperatura ambiente es de unos 2 minutos. El endurecimiento tiene lugar en unos 6 minutos (Fig. 4).

#### ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

Los tiempos indicados se entienden desde el inicio de la mezcla a 23°C (73°F). Elevadas temperaturas o sobredosis de catalizador aceleran el endurecimiento. Bajas temperaturas o dosis demasiado escasas alargan el tiempo de endurecimiento. Cerrar muy bien el tubo del endurecedor después del uso. Evitar manchar los instrumentos. Se recomienda el empleo de guantes. Evitar el contacto del catalizador con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, lavar abundantemente con agua y jabón y consultar al médico. En caso de ingestión llamar inmediatamente a un médico.

#### ALMACENAMIENTO

Garantizado por un período de 36 meses si se conserva correctamente entre 5° y 27°C (41°-80°F).

Datos Técnicos	Catalizador en gel
Tiempo de mezcla *	30"
Tiempo de trabajo *	2'
Tiempo de endurecimiento *	6'
Dureza Shore A	80
Deformación a la compresión	<1%
Recuperación elástica	99,0%
Reproducción detalles	20 µm
Variación dimensional lineal	-0,10%

**OBSERVACIONES IMPORTANTES:** La asesoría dada verbalmente, por escrito o mediante demostraciones sobre el empleo de nuestros productos se basa en el estado actual de la técnica dental y de nuestro know-how. Debe considerarse una información que no responsabiliza al fabricante incluso en relación con eventuales derechos de terceros y no exime al usuario de controlar personalmente si el producto es idóneo para la aplicación prevista. El empleo y la aplicación de parte del usuario tienen lugar sin posibilidad de control de parte del fabricante y por lo tanto están sometidos a la responsabilidad del usuario. Una eventual responsabilidad por daños se limita al valor de la mercadería suministrada por la Fábrica y utilizada por el usuario.

#### SOLO PARA EL USO DENTAL

## FR NOTICE D'UTILISATION

### SILICONES PAR CONDENSATION (POLISILOXANES) DE HAUTE PRECISION POUR L'ATELIER DU PROTHÉSISTE

Proclinic C-Silicone – Polysiloxane à mélanger, avec catalyseur sous forme de gel ou liquide, caractérisée par une bonne dureté finale (> 80 Shore A), une stabilité et une capacité de reproduction des détails élevées, ainsi qu'une haute résistance aux déformations.

## DOMAINES D'UTILISATION

- Masques pour la réalisation de prothèses provisoires; addition ou remplacement d'éléments sur prothèse totale ou sur squelettes.
- Masques gingivaux amovibles.
- Contre-moule partiel en moufle pour prothèses partielles ou totales.
- Blocage au cours de la réparation de prothèses.
- Clé d'enregistrement en occlusion pour la mise en place en articulateur.
- Reproduction de prothèse totale et de modèles en plâtre, sans recours à des isolants.
- Support pour le travail de résines photopolymérisables composites.

## INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

### Dosage:

Prélever, à l'aide du doseur, la quantité nécessaire de **Proclinic C-Silicone** et l'étendre sur la paume de la main (note: le doseur doit être rempli à ras). Imprimer le bord du doseur sur la masse autant de fois qu'il y a de doseurs mesurés. Pour chaque doseur mesuré, étendre **deux** rangées de catalyseur **Proclinic Catalyst Gel** de la même longueur que le doseur, équivalant à 4 cm. (Fig. 1).

### Mélange / emploi:

Replier la masse sur elle-même et pétrir énergiquement avec la pointe des doigts pendant environ 30 sec. jusqu'à atteindre une tonalité de couleur homogène et sans rayures. (Fig. 2). Commencer ensuite à modeler la masse selon vos exigences. Le temps de traitement, y compris le mélange, est d'environ 2 minutes à température ambiante si on utilise le catalyseur en gel. Le durcissement se fait en 6 minutes environ (Fig. 4).

### AVERTISSEMENTS / PRÉCAUTIONS

Les délais indiqués sont valables à partir du début du mélange à 23°C (73°F). Des températures élevées ou des surdosages du catalyseur accélèrent le durcissement. De basses températures ou des sous-dosages ralentissent le durcissement. Refermer soigneusement les durcisseurs après l'usage. Eviter de tacher les vêtements. On conseille de porter des gants. Eviter le contact de la peau et des yeux avec le catalyseur. En cas de contact accidentel avec la peau, laver abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau courante et appeler un médecin. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin.

### STOCKAGE

Garanti pendant une période de 36 mois si le produit est conservé correctement entre 5° et 27°C (41°-80°F).

Caractéristiques Techniques	Proclinic Catalyst Gel
Temps de mélange*	30"
Temps de travail*	2'
Temps de durcissement*	6'
Dureté Shore A	80
Déformation par compression	<1%
Récupération élastique	99,0%
Reproduction des détails	20 µm
Variation de la dimension linéaire	-0,10%

\*Les délais indiqués sont valables à partir du début du mélange à 23°C (73°F).

**OBSERVATIONS IMPORTANTES:** Le communiqué concernant l'utilisation de nos produits, qu'il soit diffusé de manière verbale, par écrit ou à travers des démonstrations se base sur les connaissances actuelles dans le domaine de l'odontotecnique et sur notre connaissance personnelle.. Il ne faut pas le considérer comme étant en mesure d'engager

une responsabilité formelle, particulièrement en ce qui concerne les droits appartenant à des tiers et il ne dispense en rien l'utilisateur de l'obligation de contrôler personnellement si le produit est adapté à l'application qui en est faite. L'utilisation et l'application de la part de l'utilisateur se font en effet sans que la firme ait la possibilité d'exercer son contrôle et ont par conséquent lieu sous la responsabilité de l'utilisateur. La responsabilité qui naîttrait de dommages éventuels se limite à la valeur de la marchandise fournie par l'usine et employée par l'utilisateur.

### POUR L'USAGE DENTAIRE SEULEMENT

### ISTRUZIONI D'USO

### SILICONI PER CONDENSAZIONE (POLISILOSSANI) AD ELEVATA PRECISIONE PER IL LABORATORIO ODONTOTECNICO

**Proclinic C-Silicone** – Polisilossano miscelabile con catalizzatore in gel, caratterizzato da buona durezza finale (> 80 Shore A), elevata stabilità, capacità di riproduzione dei dettagli e resistenza alle deformazioni.

### CAMPPI D'IMPIEGO

- Mascherine per l'esecuzione di manufatti protesici provvisori; aggiunta o sostituzione di elementi su protesi totale o scheletrati. Maschere gengivali rimovibili
- Parziale controstampo in muffola per protesi parziali o totali.
- Bloccaggio nella riparazione di protesi.
- Chiave di registrazione occlusale per il posizionamento in articolatore.
- Duplicazione di protesi totale e modelli in gesso, senza utilizzo di isolanti.
- Supporto per la lavorazione di resine composite fotopolimerizzabili.

### ISTRUZIONI D'USO

#### Dosaggio:

Prelevare con il misurino la quantità necessaria di **Proclinic C-Silicone** e stenderla sul palmo della mano (nota: il misurino deve essere raso). Imprimere il bordo del misurino sulla massa tante volte quanti sono i misurini dosati. Per ogni misurino dosato, stendere **due** strisce di catalizzatore **Proclinic Catalyst Gel** della stessa lunghezza del misurino, pari a 4 cm (Fig. 1).

#### Miscelazione / impiego:

Ripiegare la massa su se stessa ed impastare energicamente con la punta delle dita per circa 30 sec. fino a raggiungere una tonalità di colore omogeneo e senza striature (Fig. 2). Iniziare quindi a modellare la massa secondo necessità. Il tempo di lavorazione, inclusa la miscelazione, è di circa 2 min. a temperatura ambiente utilizzando il catalizzatore in gel. L'indurimento avviene in circa 6 min. (Fig. 4).

### AVVERTENZE / PRECAUZIONI

I tempi indicati si intendono dall'inizio della miscelazione a 23°C (73°F). Elevate temperature o sovradosaggi di catalizzatore accelerano l'indurimento. Basse temperature o sottodosaggi rallentano l'indurimento. Chiudere accuratamente gli indurenti dopo l'uso. Evitare di macchiare gli indumenti. È consigliato l'uso di guanti. Evitare il contatto della pelle e degli occhi con il catalizzatore. In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua corrente ed interpellare il medico. In caso di ingestione chiamare subito un medico.

### STOCCAGGIO E GARANZIA

Garantito per un periodo di 36 mesi se conservato correttamente tra 5° e 27°C (41°-80°F).

Dati Tecnici	Proclinic Catalyst Gel
Tempo di miscelazione*	30"
Tempo di lavorazione*	2'
Tempo di indurimento*	6'
Durezza Shore A	80
Deformazione alla compressione	<1%
Recupero elastico	99,0%
Riproduzione dettagli	20 µm
Variazione dimensionale lineare	-0,10%

\*I tempi indicati si intendono dall'inizio della miscelazione a 23°C (73°F).

**OSSERVAZIONI IMPORTANTI:** La consulenza rilasciata verbalmente, per iscritto o attraverso dimostrazioni sull'uso dei nostri prodotti si basa sullo stato attuale della pratica odontotecnica e del nostro know-how. Essa è da considerarsi un'informazione non impegnativa anche in relazione ad eventuali diritti di terzi e non esime l'operatore professionale da controllare personalmente se il prodotto è idoneo all'applicazione prevista. L'utilizzo e l'applicazione da parte dell'operatore professionale avvengono senza possibilità

di controllo da parte dell'Azienda e pertanto sottostanno alla responsabilità dell'operatore professionale. Un'eventuale responsabilità di danni si limita al valore della merce fornita dall'Azienda ed utilizzata dall'operatore professionale.

### SOLO PER USO DENTALE

### INSTRUÇÕES DE USO

### SILICONE DE CONDENSAÇÃO (POLISSILOXANO DE VINIL) DE ALTA PRECISÃO PARA O LABORATÓRIO DENTÁRIO

**Proclinic C-Silicone** – Polissiloxano miscível com catalizador em gel, que se caracteriza por uma boa dureza final (> 80 Shore A), elevada estabilidade, capacidade de reprodução dos detalhes e resistência à deformação.

### Campos de Utilização

- Chaves para próteses fixa e removível.
- Chaves para acrílico em próteses combinadas e esqueléticas.
- Para a preparação de modelos com máscaras gengivais removíveis.
- Como isolante de dentes na técnica de muflagem para próteses totais ou parciais.
- Chaves para a reparação de próteses.
- Chaves para registo oclusal no articulador.
- Para duplicar os modelos, sem a necessidade de isolar o modelo de gesso.

### INSTRUÇÕES DE USO

#### Dosagem:

Remova com o medidor a quantidade necessária de silicone e estenda-o na palma da mão (nota: o medidor deve estar nivelado). Por cada medidor, estender duas linhas de catalisador em gel, de 4 cm cada. (Fig. 1).

#### Mistura / utilização:

Dobre a massa sobre si mesmo e misture vigorosamente durante cerca de 30 segundos, até conseguir uma massa de cor uniforme, sem estrías. (Fig. 2). A partir deste momento, o silicone está pronto para ser utilizado em qualquer uma das suas aplicações. O tempo de processamento, incluindo a mistura, é de aproximadamente 2 minutos, à temperatura ambiente. O endurecimento ocorre em cerca de 6 minutos (Fig. 4).

### AVISOS / PRECAUÇÕES:

Os tempos indicados são compreendidos desde o início da mistura a 23°C (73°F). Elevadas temperaturas ou sobredose de catalisador acelera o endurecimento. Baixas temperaturas ou doses muito baixas prolongam o tempo de endurecimento. Fechar bem tubo do endurecedor após a utilização. Evite manchar os instrumentos. É recomendado o uso de luvas. Evitar o contacto do catalisador com a pele e com os olhos. Em caso de contacto accidental com a pele, lave com água e sabão e consulte um médico. Em caso de ingestão chamar um médico imediatamente.





### ARMAZENAMENTO

Garantia de 36 meses, se o produto for armazenado corretamente entre 5° e 27°C (41°- 80°F).

Dados Técnicos	Catalizador em gel
Tempo de mistura *	30"
Tempo de trabalho *	2'
Tempo de endurecimento *	6'
Dureza Shore A	80
Deformação à compressão	<1%
Recuperação elástica	99,0%
Reprodução de detalhes	20 µm
Variação dimensional linear	-0,10%

**NOTA IMPORTANTE:** Os conselhos dados verbalmente, por escrito ou através de demonstrações sobre a utilização dos nossos produtos, baseiam-se no estado actual da Medicina Dentária e de nosso know-how. Deve considerar-se uma informação que não responsabiliza o fabricante, inclusivamente, em relação com eventuais direitos de terceiros e não exime o utilizador de verificar pessoalmente se o produto é idóneo para a aplicação pretendida. A utilização e aplicação do produto por parte do utilizador, tem lugar sem possibilidade de controlo por parte do fabricante e, portanto, estão submetidos à responsabilidade do utilizador. Uma eventual responsabilidade por danos é limitada ao valor dos bens fornecidos pela fábrica e usados pelo utilizador.

### SÓ PARA USO DENTÁRIO



Tiempos estimados a temperatura ambiente 23°C

Times are intended at room temperature 23°C