

FICHA TÉCNICA**ALICATE PARA FORMAR ARCOS LINGUALES PROCLINIC**

REFERENCIA	L8769
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.
DESCRIPCIÓN	Alicate para formar arcos linguales. Longitud: 125 mm
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.
ENVASE	Envase con 1 unidad.
FINALIDAD PREVISTA	Instrumental para uso por profesionales dentales para doblar alambres de ortodoncia de hasta 0,7 mm Ø para formar arcos linguales.
VIDA ÚTIL	La vida útil de los instrumentos depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Esterilizar en autoclave o con calor seco.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.

TECHNICAL DATA SHEET**PROCLINIC ARCH FORMING PLIER**

REFERENCE	L8769
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy
CLASSIFICATION	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.
DESCRIPTION	Arch forming plier. Length: 125 mm.
COMPOSITON	Stainless steel.
PACKAGING	Package with 1 piece.
INTENDED USE	Instrument for use only by dental professionals intended for bending orthodontic wires up to 0,7 mm \varnothing .
SHELF LIFE	The lifetime of the instruments depends on the frequency of use, the care by the user, and the proper reprocessing methods.
STERILISATION	All the instruments must be inspected, cleaned, and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for use with medical or dental instruments. Methods of sterilisation: autoclave or dry heat.
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO**PINZA PER FORMARE ARCHI LINGUALI PROCLINIC**

CODICE ARTICOLO	L8769
PRODOTTO DA	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia
NOTE TECNICHE	Dispositivo Medico Classe I conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.
DESCRIZIONE	Pinza per formare archi linguali. Lunghezza: 125 mm.
MATERIALE DI PRODUZIONE	Acciaio inossidabile.
IMBALLAGGIO	Singolo pezzo.
DESTINAZIONE D'USO	Strumento solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale destinato alla piegatura di fili ortodontici fino a 0,7 mm Ø per formare archi linguali.
DATA DI SCADENZA	La vita utile degli strumenti dipende dalla frequenza d'uso, dalla cura da parte dell'utente e dai metodi di rielaborazione appropriati.
STERILIZZAZIONE	Tutti gli strumenti devono essere ispezionati, puliti e sterilizzati prima dell'uso. Usare detergenti e disinfettanti adatti per l'uso con strumenti medici o odontoiatrici. Sterilizzare con autoclave o a secco.
STOCCAGGIO	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.