

FICHA TÉCNICA**ALICATE CORTE DISTAL FINO PROCLINIC**

REFERENCIA	L8770
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.
DESCRIPCIÓN	Alicate para cortar alambres de ortodoncia. Longitud: 130 mm.
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.
ENVASE	Envase con 1 unidad.
FINALIDAD PREVISTA	Instrumental para uso por profesionales dentales para cortar alambres de ortodoncia de un grosor mínimo de 0,35 mm hasta un máximo de 0,55 x 0,64 mm.
VIDA ÚTIL	La vida útil de los instrumentos depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Esterilizar en autoclave o con calor seco.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.

TECHNICAL DATA SHEET**PROCLINIC THIN DISTAL END CUTTER**

REFERENCE	L8770
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy
CLASSIFICATION	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.
DESCRIPTION	Plier for cutting orthodontic wire. Length: 130 mm.
COMPOSITON	Stainless steel.
PACKAGING	Package with 1 piece.
INTENDED USE	Instrument for use only by dental professionals intended for cutting orthodontic wires with a minimum thickness of 0.35 mm up to a maximum of 0.55 x 0.64 mm.
SHELF LIFE	The lifetime of the instruments depends on the frequency of use, the care by the user, and the proper reprocessing methods.
STERILISATION	All the instruments must be inspected, cleaned, and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for use with medical or dental instruments. Methods of sterilisation: autoclave or dry heat.
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO**TRONCHESINO TAGLIO DISTALE FINO PROCLINIC**

CODICE ARTICOLO L8770

PRODOTTO DA CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl
Via Felice Cavallotti, 15
20122 Milano - Italia

NOTE TECNICHE Dispositivo Medico Classe I conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.

DESCRIZIONE Pinza per tagliare fili ortodontici. Lunghezza: 130 mm.

MATERIALE DI PRODUZIONE Acciaio inossidabile.

IMBALLAGGIO Singolo pezzo.

DESTINAZIONE D'USO Strumento solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale destinato al taglio di fili ortodontici con uno spessore minimo di 0,35 mm fino ad un massimo di 0,55 x 0,64 mm.

DATA DI SCADENZA La vita utile degli strumenti dipende dalla frequenza d'uso, dalla cura da parte dell'utente e dai metodi di rielaborazione appropriati.

STERILIZZAZIONE Tutti gli strumenti devono essere ispezionati, puliti e sterilizzati prima dell'uso. Usare detergenti e disinfettanti adatti per l'uso con strumenti medici o odontoiatrici. Sterilizzare con autoclave o a secco.

STOCCAGGIO Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.

FICHA TÉCNICA**ALICATE CORTE DISTAL FINO MANGO LARGO PROCLINIC**

REFERENCIA	L8771
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.
DESCRIPCIÓN	Alicate para cortar alambres de ortodoncia. Longitud: 150 mm.
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.
ENVASE	Envase con 1 unidad.
FINALIDAD PREVISTA	Instrumental para uso por profesionales dentales para cortar alambres de ortodoncia de un grosor mínimo de 0,35 mm hasta un máximo de 0,55 x 0,64 mm.
VIDA ÚTIL	La vida útil de los instrumentos depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Esterilizar en autoclave o con calor seco.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.

TECHNICAL DATA SHEET**PROCLINIC THIN DISTAL END CUTTER, LONG HANDLE**

REFERENCE	L8771
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy
CLASSIFICATION	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.
DESCRIPTION	Plier for cutting orthodontic wire. Length: 150 mm.
COMPOSITON	Stainless steel.
PACKAGING	Package with 1 piece.
INTENDED USE	Instrument for use only by dental professionals intended for cutting orthodontic wires with a minimum thickness of 0.35 mm up to a maximum of 0.55 x 0.64 mm.
SHELF LIFE	The lifetime of the instruments depends on the frequency of use, the care by the user, and the proper reprocessing methods.
STERILISATION	All the instruments must be inspected, cleaned, and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for use with medical or dental instruments. Methods of sterilisation: autoclave or dry heat.
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO**TRONCHESINO TAGLIO DISTALE FINO, MANICO LUNGO PROCLINIC**

CODICE ARTICOLO	L8771
PRODOTTO DA	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia
NOTE TECNICHE	Dispositivo Medico Classe I conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.
DESCRIZIONE	Pinza per tagliare fili ortodontici. Lunghezza: 150 mm.
MATERIALE DI PRODUZIONE	Acciaio inossidabile.
IMBALLAGGIO	Singolo pezzo.
DESTINAZIONE D'USO	Strumento solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale destinato al taglio di fili ortodontici con uno spessore minimo di 0,35 mm fino ad un massimo di 0,55 x 0,64 mm.
DATA DI SCADENZA	La vita utile degli strumenti dipende dalla frequenza d'uso, dalla cura da parte dell'utente e dai metodi di rielaborazione appropriati.
STERILIZZAZIONE	Tutti gli strumenti devono essere ispezionati, puliti e sterilizzati prima dell'uso. Usare detergenti e disinfettanti adatti per l'uso con strumenti medici o odontoiatrici. Sterilizzare con autoclave o a secco.
STOCCAGGIO	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.